ACCU-CHEK® FastClix

Roche

1 CLIC ET C'EST TOUT

1 clic pour armer et piquer

Fenêtre de comptage des lancettes restantes

Levier pour passer à une nouvelle lancette

6 lancettes dans une cartouche

11 profondeurs de piqûre pour chaque type de peau

CLIX MOTION

INSÉRER UNE CARTOUCHE



Enlevez le capuchon de protection.



Insérez une cartouche de lancettes.



Replacez le capuchon.

OBTENIR UN ÉCHANTILLON DE SANG



Sélectionnez la profondeur de piqûre.

Armez et piquez en un seul clic.



Poussez le levier une seule fois d'avant en arrière pour passer à une nouvelle lancette.

Cartouche **neuve**

Cartouche **usagée**

Veillez à utiliser les 6 lancettes avant d'enlever la cartouche. Une fois enlevée, la cartouche ne peut plus être réinsérée pour une raison d'hygiène.

L'Accu-Chek FastClix est destiné à être utilisé dans le cadre d'un autocontrôle personnel. L'autopiqueur ne doit pas être utilisé pour prélever du sang sur plusieurs personnes, car il n'existe pas de dispositions particulières pour prévenir le risque d'infection.

Site web
www.accu-chek.be

Facebook
www.facebook.com/RocheDiabetesCareBE

E-mail
info@accu-chek.be

Accu-Chek Service
0800 93 626

YouTube
www.youtube.com/RocheDiabetesCareBE

ACCU-CHEK et FASTCLIX sont des marques déposées de Roche. © 2022 Roche Diagnostics Belgium
Roche Diagnostics Belgium SA | Greenhouse BXL | Berkenlaan 8A, 1831 Diegem

11-2022 AMPP BE-581