ACCU-CHEK® Aviva Connect

Roche

CD

Pour commencer

Guide de démarrage

ACCU-CHEK®

⚠ AVERTISSEMENT

- Ce guide de démarrage ne remplace pas le manuel d'utilisation de votre lecteur de glycémie Accu-Chek Aviva Connect. Le manuel d'utilisation fournit des consignes importantes à respecter en termes de manipulation ainsi que d'autres informations.
- L'autopiqueur est réservé exclusivement à l'usage personnel.

Vue d'ensemble

1. Touche Précédent
2. Touche Haut et Bas
3. Ecran
4. Touche Marche/Arrêt/Réglage/OK
5. Fente d'insertion de la bandelette réactive
6. Tiroir des piles
7. Micro-port USB

Préparation de l'autopiqueur

1

Familiarisez-vous avec le fonctionnement de l'autopiqueur Accu-Chek FastClix.

2

Sortez la cartouche de lancettes de la poche de la trousse de rangement.

REMARQUE
Chaque cartouche de lancettes contient 6 lancettes stériles.

3

Retirez l'embout en tirant dessus. Ne cherchez pas à visser ou dévisser l'embout.

⚠ AVERTISSEMENT
Assurez-vous de ne pas introduire la cartouche de lancettes dans l'autopiqueur et d'appuyer simultanément sur le bouton de déclenchement. De plus, si vous avez inséré une cartouche de lancettes dans l'autopiqueur, veillez à ne pas placer l'autopiqueur de sorte que son bouton de déclenchement soit appuyé sur une table par exemple. L'autopiqueur risquerait de libérer une lancette et d'occasionner des blessures par inadvertance.

4

Insérez la cartouche de lancettes par son extrémité blanche dans l'autopiqueur. Poussez la cartouche de lancettes à fond ; un clic confirme son bon positionnement.

REMARQUE
Ne retirez pas la cartouche de lancettes tant que les 6 lancettes n'ont pas été utilisées ; il n'est en effet pas possible de la réemployer une fois extraite de l'autopiqueur.

5

Replacez l'embout sur l'autopiqueur. Assurez-vous que l'encoche de positionnement de l'embout coïncide avec la partie saillante de l'autopiqueur.

6

Réglez la profondeur de piqûre de la lancette pour réduire au minimum la sensation d'inconfort éprouvée lors de la piqûre. Commencez sur 2. Pour une peau épaisse, réglez sur un chiffre plus élevé.

Lorsque vous êtes prêt pour la mesure...

Utilisation de l'autopiqueur : appuyez sur le bouton de déclenchement de l'autopiqueur pour armer et piquer, cela en 1 seul clic.

Réalisation d'une mesure de glycémie

1

Lavez-vous les mains et essuyez-les avant d'effectuer une mesure de glycémie.

2

Vérifiez la date de péremption sur le tube de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.

3

Retirez une bandelette réactive du tube de bandelettes réactives. Puis refermez-le correctement.

4



Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens des flèches.

Le lecteur s'allume. **Préparation de mesure** s'affiche à l'écran.

5

Appuyez fermement l'autopiqueur sur le côté de l'extrémité du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement afin de ponctionner le doigt.

6

Mettez la goutte de sang obtenue en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.

En cours de mesure s'affiche à l'écran lorsque la bandelette réactive a aspiré suffisamment de sang.

Le résultat glycémique s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.

Et avant de terminer...

Préparez l'autopiqueur pour la mesure de glycémie suivante. Faites avancer la lancette suivante en faisant coulisser le levier vers l'avant puis en le ramenant vers l'arrière. Le nombre de lancettes restantes apparaît dans la fenêtre située sur l'autopiqueur.

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

- Roche USA – 54366 V4/1 – 07869312001(01) – Black
- Roche USA – 54366 V4/2 – 07869312001(01) – Cyan
- Roche USA – 54366 V4/3 – 07869312001(01) – Magenta
- Roche USA – 54366 V4/4 – 07869312001(01) – Yellow

MISE À JOUR : 2016-01

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT et FASTCLIX sont des marques de Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care
07869312001(01)-0216

ACCU-CHEK Aviva Connect

Roche

NL

Begin hier

Beknopte gebruiksaanwijzing

ACCU-CHEK

⚠ WAARSCHUWING

- Deze beknopte gebruiksaanwijzing dient niet als vervanging van de gebruiksaanwijzing van uw Accu-Chek Aviva Connect-bloedglucosemeter. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke aanwijzingen voor de bediening en aanvullende informatie.
- De prikpen is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Overzicht

1. Terug-toets
2. Naar boven- en naar beneden wijzende pijltjestoets
3. Display
4. Aan/Uit/Set/OK-toets
5. Uitsparing voor een teststrip
6. Batterijenhouder
7. Micro-USB-poort

Instellen van de prikpen

1

Maak uzelf vertrouwd met de Accu-Chek FastClix-prikpen.

2

Neem de lancettenhouder uit het zakje in het etui.

OPMERKING
Iedere lancettenhouder bevat 6 steriele lancetten.

3

Verwijder het dopje door dit recht van de prikpen af te trekken. Het dopje niet van de prikpen afdraaien.

⚠ WAARSCHUWING
U mag de lancettenhouder niet in de prikpen schuiven en gelijktijdig op de prikknop drukken of de prikpen met de prikknop op een oppervlak, zoals b.v. een tafelblad, laten rusten. Hierdoor zou er een lancet kunnen worden ontspannen en ongewild een letsel kunnen veroorzaken.

4

Plaats de lancettenhouder, met het witte uiteinde eerst, in de prikpen. Duw de lancettenhouder zo ver mogelijk in de prikpen tot deze hoorbaar op zijn plaats vastklikt.

OPMERKING
Verwijder de lancettenhouder pas als alle 6 lancetten zijn gebruikt, aangezien de lancettenhouder niet opnieuw kan worden gebruikt, nadat deze uit de prikpen is verwijderd.

5

Plaats het dopje weer op de prikpen. Zorg ervoor, dat de uitsparing in het dopje op één lijn ligt met de uitsluiting op de prikpen.

6

Stel de prikdiepte in op een drogelijk penetratieniveau. Begin met 2. Voor een dikkere huid, moet u een hogere stand instellen.

Als u gereed bent voor een meting…

Gebruik van de prikpen: door op de prikknop te drukken, wordt de prikpen gespannen en wordt er met 1 klik in uw vinger geprikt.

Uitvoeren van een bloedglucosemeting

1

Was uw handen en droog ze goed af, voordat u een bloedglucosemeting uitvoert.

2

Controleer de vervaldatum op de flacon teststrips. Gebruik geen teststrips waarvan de vervaldatum is overschreden.

3

Neem een teststrip uit de flacon teststrips. Sluit de flacon direct hierna weer goed af met de dop.

4



Voer de teststrip in de richting van de pijlen in de meter in.

De meter start automatisch. **Voorbereiden** wordt op de display weergegeven.

5

Druk de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de prikknop om in uw vinger te prikken.

6

Houd het uiteinde van de teststrip tegen de bloeddruppel. Breng geen bloed aan op de bovenkant van de teststrip.

Analyseren wordt op de display weergegeven, als er voldoende bloed in de teststrip is opgezogen.

Het meetresultaat wordt na 5 seconden op de display weergegeven.

Voor u alles opbergt…

Maak de prikpen gereed voor de volgende meting. Beweeg het hendeltje eenmaal heen en weer om het volgende lancet gereed te maken. Het weergavevenster laat het aantal nog beschikbare lancetten zien.

DATUM VAN UITGIFTE: 2016-01

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

CE 0088

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA CONNECT en FASTCLIX zijn merken van Roche.
© 2016 Roche Diabetes Care
07869312001(01)-0216