

Gebruik van Accu-Chek® LinkAssist inbrenghulp

De Accu-Chek LinkAssist inbrenghulp helpt u bij het inbrengen van de Accu-Chek® FlexLink infusieset. Dankzij de Accu-Chek LinkAssist kan u eenvoudig en nagenoeg pijnloos de infusieset inbrengen, ook op moeilijk bereikbare infusieplaatsen.



A Ontgrendelknop
B Veiligheidspal
C Spanelement
D Laadkamer
E Basis

1



Was uw handen alvorens de infusieset uit zijn verpakking te halen. Duw vervolgens het spanelement van de Accu-Chek LinkAssist in de basis.

2



Neem de infusieset vast ter hoogte van de beschermhuls en steek het met de blauwe beschermkap naar boven gericht, onderaan in de opening van de Accu-Chek LinkAssist tot u voelt dat de infusieset vastklikt.

3



Verwijder voorzichtig de transparante beschermhuls van de infusieset door er tegelijkertijd aan te draaien en trekken.

4




Verwijder vervolgens beide stroken van de afdekfolie van de zelfklevende pleister.

5




Houd de basis van de Accu-Chek LinkAssist stevig met één hand vast en trek met het andere hand, het spanelement eruit en zo ver mogelijk omhoog.

6




Ontgrendel de veiligheidspal.

7




Plaats de Accu-Chek LinkAssist op de gereinigde infusieplaats en druk op de ontgrendelknop om de canule in de huid te brengen.

8




Controleer of de zelfklevende pleister op de juiste plaats zit en druk hem stevig tegen de huid zodat u zeker bent dat de infusieset goed vastzit.

9




Houd de zelfklevende pleister op zijn plaats. Druk de zijklemmen van de blauwe beschermkap voorzichtig tegen elkaar en trek hem uit de canulebehuizing.

10



Om de geleidingsnaald te verwijderen, houdt u de canulebehuizing stevig op zijn plaats tegen uw lichaam en trekt u de geleidingsnaald er aan de handgreep recht uit.

11



De gepurgeerde slang moet worden aangesloten op de canulebehuizing. Een duidelijk hoorbare “klik” geeft aan dat beide delen van de infusieset juist zijn bevestigd. Alvorens uw pomptherapie verder te zetten, purgeer de canule met een bolus van 1.0 eenheid insuline.

Voor meer gedetailleerde informatie, lees de gebruiksaanwijzing van dit product en de infusiesets.

Ontdek wat mogelijk is.

Wenst u meer te weten over de Accu-Chek® producten en de manier waarop deze samenwerken voor een optimale diabetesbehandeling, ga dan naar www.accu-chek.be of bel de Accu-Chek® Service op het gratis nummer 0800 93 626.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK FLEXLINK EN ACCU-CHEK LINKASSIST zijn gedopneerde merken van de Roche groep © 2013 Roche Diagnostics.

www.accu-chek.be
Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

ACCU-CHEK®

PMCG 04/2013