Modusicoon – 3 basismodi

De meter en de pomp geven de huidige modus aan m.b.v. een icoon in de rechter bovenhoek van het scherm.

Start	Uw pomp dient insuline toe volgens het actieve basale profiel en de ingestelde bolussen.
Pauze	Als u de batterij of de ampul verwijdert terwijl uw pomp in de START-modus staat, schakelt uw pomp over op de PAUZE-modus. Als de pomp langer dan 15 minuten in de PAUZE-modus staat, schakelt ze over op de STOP-modus.
Stop	Er wordt geen insuline toegediend en bolussen en tijdelijke basale doseringen worden geannuleerd. Om de insulinetoediening te hervatten moet u de pomp via het hoofdmenu weer in de START-modus zetten. Bolussen en tijdelijke basale doseringen moeten opnieuw worden ingesteld.


PW&CG 12/2016

www.accu-chek.be/insight
www.facebook.com/accuchekbe
0800 93 626
www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT en ACCU-CHEK INSIGHT zijn handelsmerken van Roche. Het *Bluetooth*® woordmerk en logo zijn gedeponeerde handelsmerken in de handen van Bluetooth SIG, Inc en ieder gebruik van zulke merken door Roche is onder licentie.
© 2016 Roche Diabetes Care.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

De insulinetoediening starten m.b.v. de meter



1

In het **Menu pomp**, kies **Start pomp.**
Om verder te gaan naar het scherm **Pompstatus**, kies **Ja**.


Nu kan de pomp insuline toedienen.



2

Het scherm **Pompstatus** verschijnt op de meter, waarin naast het icoon van de START-modus het actieve basale profiel en de huidige basale dosering per uur te zien zijn.

De insulinetoediening stoppen m.b.v. de meter



1

In het **Menu pomp**, kies **Stop pomp**. Hiermee wordt de insulinetoediening door de pomp gestopt.



2


Het scherm **Pompstatus** verschijnt, waarin te zien is dat de pomp gestopt is.

De vliegtuigmodus in- en uitschakelen m.b.v. de meter



1

In het Hoofdmenu, kies **Vliegtuig-modus.**



2


Kies daarna **Vlieg-tuigmodus aan** of **uit**.



3

Het scherm **Informatie meter** verschijnt, dat bevestigt dat de Vliegtuigmodus in- of uitgeschakeld is. Controleer ook op de pomp of de vliegtuigmodus in- of uitgeschakeld is. Selecteer **OK**.

De vliegtuigmodus in- en uitschakelen op de insulinepomp




1

Druk in het **Statusscherm** op ● om over te gaan naar het **Menu scherm.**




2

Druk op ▼ om naar **Modi** te gaan. Druk op ● om dit te selecteren.



3

Druk op ▼ om naar **Vlieg-tuigmodus** te gaan. Druk op ● om te selecteren.



4

Druk op ▲ of ▼ om **Aan** of **Uit** te selecteren. Druk op ● om te bevestigen.

U kan de vliegtuigmodus van de pomp niet uitzetten via de meter. Voor meer informatie, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Accu-Chek Insight insulinepomp.

ACCU-CHEK® Insight

1 Toetsen, menu's en belangrijke punten



Het Accu-Chek Aviva Insight systeem bevat:

1 De Accu-Chek Insight diabetesmanager



- Aanraakscherm in kleur met een moderne look.
- Elegante vormgeving, ziet eruit als een smartphone.
- Gepersonaliseerd bolusadvies voor een verbeterde bloedglucosecontrole.
- Personaliseerbare menu's en instellingen.
- Elektronisch logboek, altijd bij de hand met volledige rapporten en grafieken.
- Complete afstandsbediening m.b.v. een *Bluetooth*® bidirectionele communicatie naar de insulinepomp.

Het Hoofdmenu van de meter



Het Statusscherm van de meter




2 De Accu-Chek Insight insulinepomp



- Infusieset met specifieke adapter en ergonomische vormgeving voor een eenvoudige vervanging.
- Verschillende bolusopties, bv. standaard, multiwave, vertraagd en gepersonaliseerd.
- Optie voor de gelijktijdige toediening van bolussen.
- Zeer lage minimum basale dosering (0,02 U/h).
- Moderne en elegante vormgeving en een gepersonaliseerde achtergrond (zwart of wit).

Het scherm menu van de pomp



Titelbalk

Menu
Andere functies zijn toegankelijk via ▼, bv. Pomp starten, enz.

Het Statusscherm van de pomp



Titelbalk

Pompstatus
met informatie over de modus, de basaal dosering, het basaal profiel, de tijdelijke basale dosering of de huidige bolus, enz.

De toetsen

▲ Omhoog toets	▪ Verplaats u naar boven in een menuscherm ▪ Verhoog een instelling ▪ Functie voor toegang tot het scherm Snelle info
OK toets	▪ Ga naar het volgende menuniveau ▪ Bevestig een instelling ▪ Start een functie
▼ Omlaag toets	▪ Verplaats u naar beneden in een menuscherm ▪ Verlaag een instelling ▪ Functie voor toegang tot het scherm Snelle info
Snelle bolus toetsen	In de meeste situaties hebben de 2 toetsen een identieke functie en kunnen voor het volgende worden gebruikt: ▪ Ga naar het vorige invoerveld ▪ Annuleer een instelling ▪ Stop een functie ▪ Start de instelling van een **snelle bolus** ▪ Stel de hoeveelheid in voor een **snelle bolus** ▪ Annuleer een bolus (druk gedurende 3 seconden op de toets) ▪ Gaat naar het Statusscherm (dubbelklikken) ▪ Stop de terugkerende STOP waarschuwing
	▪ Vergroot of verklein de tekens op het scherm.

De **toetsenvergrendeling** vergrendelt de ▲, ▼ en de OK toetsen om te verhinderen dat ze onbedoeld bediend worden. De toetsenvergrendeling vergrendelt de Snelle bolus toetsen niet, ze blijven actief ook wanneer de toetsenvergrendeling geactiveerd is.

De **toetsvergrendeling** is standaard actief. De vergrendeling kan op ieder moment opgeheven worden door 1 seconde snel eerst op één van de Snelle bolus toetsen en dan op ▲ en op ▼ of omgekeerd eerst drukken op ▼ één van de snelle bolus toetsen en dan op ▼ en op ▲.

De tijd voordat de toetsvergrendeling ingeschakeld wordt, kan ingesteld worden via **Instellingen > Apparaatinstellingen > Toetsvergrendeling.**


3 Het Accu-Chek Insight systeem



De pomp vanop afstand bedienen


U kunt de pomp dankzij de meter vanop afstand bedienen als:

- de *Bluetooth*® functie op de twee toestellen ingeschakeld is,
- het scherm op de pomp uit staat (30 sec. na de laatste druk op een toets),
- de twee toestellen zich binnen een bereik van 2 m bevinden.



1

Om via de meter toegang te krijgen tot de pompfuncties, kiest u **Pomp** in het hoofdmenu van de meter.



2

Het **Menu pomp** verschijnt met alle pompfuncties die via de meter toegankelijk zijn.

De meter geeft u toegang tot de meeste functies van de insulinepomp. Enkele uitzonderingen zijn: vervangen van de ampul, vullen van de slang/canule en uitschakelen van de vliegtuigmodus.