# 7 Gegevensbeheer

## Beheer van de communicatie

Sluit de meter aan een computer aan m.b.v. de USB kabel. Steek de kleine stekker van de USB kabel in de meter. Sluit de grote stekker van de USB kabel aan op een vrije USB poort van de PC.




1

Selecteer **Verbinden met PC** en selecteer **OK**.




2

De meter probeert een verbinding te maken met de PC.




3

De meter geeft weer dat de verbinding tot stand is gekomen. De gegevens-overdracht gaat verder. U kunt ook de instructies van de software volgen.

De instelprocedure van het systeem wordt gesteund door de configuratiesoftware Accu-Chek 360° configuratiesoftware, waarmee de pomp, de meter en de bolusadviesfunctie gemakkelijk ingesteld kunnen worden. Gelieve module 5 te raadplegen voor verdere informatie.

## Uw gegevens bekijken en aanpassen




1

In het **Hoofdmenu**, selecteer **Mijn gegevens**.

2

Selecteer **Logboek**.




3

U kunt vorige bloedglucose-resultaten en de toegevoegde info bekijken. Selecteer het logboekbestand dat u wilt aanpassen.




4

U kunt de gegevens selecteren die u aan wilt passen. Als u klaar bent, selecteer **Terug**.

www.accu-chek.be/insight
www.facebook.com/accuchekbe
0800 93 626
www.youtube.com/AccuChekBelgium

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA INSIGHT, ACCU-CHEK INSIGHT en ACCU-CHEK 360° zijn handelsmerken van Roche. Alle andere productnamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2016 Roche Diabetes Care.

Roche Diagnostics Belgium NV/SA
Schaarbeeklei 198
1800 VILVOORDE

PM&CG 12/2016

Roche

## De grafieken, diagrammen en tabellen van uw gegevens bekijken

1

In het menu **Mijn gegevens**, selecteer **Trend**.




2

De **Trendgrafiek** geeft de trends van uw bloedglucose-waarden weer. U kunt de manier waarop de grafiek uw trendgegevens weergeeft wijzigen door **Configureren** te kiezen.




4

De grafische weergave van de **Standaardweek/ Standaarddag** geeft uw gemiddelde bloedglucose-waarden, het aantal metingen en de standaard afwijkingen weer voor iedere dag van de week/tijdsblok van de dag.

5

In het menu **Mijn gegevens,** selecteer **Streefwaarde**.

7

In het menu **Mijn gegevens**, selecteer **Gemiddelde bG-waarden**.

8

De tabel **Gemiddelde bG-waarden** geeft uw gemiddelde bloedglucosewaarden en standaard-afwijkingen weer voor de door u gekozen tijdschaal en etenstijd.

## Uw pompgegevens bekijken




1

In het **Hoofdmenu**, selecteer **Mijn gegevens.**

2

In het menu **Mijn gegevens,** scroll naar beneden naar **Pomp**.

3

Selecteer **Gebeurtenis-gegevens, Bolusgegevens, TBD-gegevens, Dagtotalen, Resterende looptijd** of **Versie** naargelang de behoeften. Selecteer **Terug** om terug te gaan naar het menu **Pompgegevens**.